

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d'expedient: 2023/9118S

ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR de subministrament d'ajudes tècniques i material de diagnòstic mèdic per als residents del Patronat de la Residència de les Persones Majors de Lluçmajor

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament

PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ: CONTRACTE MENOR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament d'ajudes tècniques i material de diagnòstic mèdic per als residents del Patronat de la Residència de les Persones Majors de Lluçmajor.

Per altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Las cadira de dutxa amb rodes és per a persones que tenen dificultats de mobilitat, permet que els usuaris puguin banyar-se amb seguretat, sense preocupar-se per relliscades i caigudes, i sense haver d'estar dempeus durant llargs períodes de temps. A més, són útils per als cuidadors, ja que els permeten moure a l'usuari amb major facilitat i sense haver de carregar-lo.

L'elevator de WC és una solució per poder utilitzar el vàter amb comoditat. L'altura estàndard d'un vàter és molt baixa per a persones amb problemes de mobilitat, també millora l'autonomia de persones majors i persones amb mobilitat reduïda.

Protector de barana per a llit articulats, aporta protecció, comoditat i seguretat disminuint el risc de caigudes i cops a les persones que per raons de salut romanen enllitades per llargs períodes de temps.

Els peücs antiescares són idonis per a prevenir l'aparició d'escars. Les escars ocorren quan el teixit mort es desprèn de la pell sana. Són freqüents en persones majors amb mobilitat reduïda.

Un pulsioxímetre de dit és un aparell mèdic que aconsegueix monitorar el nivell de concentració d'oxigen en la sang d'una manera no intrusiva. També indica la freqüència cardíaca i el pols del pacient.

Un monitor de pressió arterial automàtic de braç és un dispositiu que mesura la força que exerceix el flux sanguini en les parets de les artèries i detecta dos tipus de pressions: sistòlica i diastòlica, ajuda a prevenir complicacions o conseqüències greus en la salut dels hipertensos.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ



Característiques tècniques cadira de dutxa amb rodes	
Càrrega màxima suportada	Mínim 150 kg
Pes	Màxim 15 kg
Rodes	Amb fre i material resistent a l'aigua
Reposabraços	Extraïble
Reposapeus	Extraïble i regulable
Tapa seient	Extraïble i abatible
Caragols	D'acer inoxidable
Respatller, Reposabraços, seient, reposapeus, tapa seient	Fets amb material que suporti les dutxes diàries i els productes per desinfectar
Agafadors i suports rodes	Fets amb material que suporti les dutxes diàries i els productes per desinfectar
Unitats	1

Característiques tècniques elevador vàter	
Fabricat en plàstic rígid	Sí
Altura ajustable	Sí: 6 - 10 - 15 cm
Tapa	Sí
Reposabraços embuatats	Sí
Pes article	Màxim: 2 kg
Adaptable a la majoria dels vàters del mercat, inclòs el model Roca Victòria	Sí
Càrrega màxima suportada	Mínim 125 kg
Unitats	1

Característiques tècniques protector barrera llit	
Mesures protector llit	160 x 40 cm
Mesura gruix embuatat	4 cm
4 Tancaments de seguretat amb clic	Sí
Cintes ajustables graduables	Sí
Escuma de protecció anticops	Sí
Compatible amb baranes abatibles	Sí
Unitats	8

Característiques tècniques peücs antiescares per unitat	
Composició hipoal·lergògena.	Sí
Tancament de velcro	Sí
Rentables	Sí
Unitats	8

Característiques tècniques pulsioxímetre de dit	
Funcionament amb bateria	Sí
Perspectives	Mínim 4
Se subministra estoig/bossa per a guardar	Sí
Registre de fins a 24 h	Sí
Pantalla a color	Sí
Indicació gràfica del pols	Sí
Garantia en anys	Mínim 4
Apagat automàtic	Sí
Unitats	1

Característiques tècniques monitor de pressió arterial automàtic de braç	
Pantalla	Pantalla digital LCD
Idioma	Espanyol
Mètode de mesurament	Mètode oscilomètric
Rang de mesurament	Pressió: de 0 a 299 mmHg; Pols: 40 a 180 pulsacions/min
Inflat	Controlat per bomba elèctrica
Desinflat	Vàlvula automàtica d'alliberament de pressió
Tensió	DC6V 4W
Font d'alimentació	4 piles "AA" de 1,5 V o adaptador de CA
Perímetre del braç	De 22 a 42 cm
Material del maniguet/tub	Niló, polièster, clorur de polivinil
Apagat automàtic	Sí



Contingut de l'envàs mínim	Monitor, manigueta universal, manual d'instruccions, estoig protector
Unitats	1

Característiques tècniques termometre digital	
Alarma sonora que avisa quan la temperatura s'ha pres	Sí
Alarma sonora que avisa en cas que es detecti febre	Sí
Resistent a l'aigua	Sí
Flexible	Sí
Apagat automàtic	Sí
Unitats	2

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Amb aquest contracte es pretén que el Patronat de la Residència de les Persones Majors de Lluçmajor compti amb les ajudes tècniques i el material de diagnòstic necessaris per mantenir o millorar l'autonomia i el funcionament dels usuaris i, per tant, promoure el seu benestar i salut.

El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti una oferta amb millor qualitat-preu.

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor en funció de la seva quantia, ja que el seu import és inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs).

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació competent és la Presidenta del Patronat de la Residència de les Persones Majors de Lluçmajor.

6. VALOR ESTIMAT

El present contracte té un valor estimat de 1.100,00 € IVA exclòs.

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Identificador	Exercici	Descripció	Import IVA inclòs
---------------	----------	------------	-------------------



012000/231/6250000/0901	2023	MOBILIARIO Y ENSERES	1.331,00 €
-------------------------	------	-------------------------	------------

8. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució serà de quinze dies naturals, a partir de la notificació de l'adjudicació.

9. LLOC DE PRESTACIÓ

Patronat de la residència de persones majors de Lluçmajor.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona responsable del contracte és la directora de la residència, Marta Fernández Cabezas.

11. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT

El termini de garantia és el que estableix la normativa vigent.

12. GARANTIES EXIGIDES PER CONTRACTAR

No és necessària la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb el que estableix l'article 153 en relació amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU

Mitjançant la presentació d'una única factura, a la finalització de la prestació, expedida per l'entitat i conformada pel responsable del contracte.

14. RECEPCIÓ O FORMA DE CERTIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ

Es comprovarà la correcta recepció de la totalitat dels productes sol·licitats.

15. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

En els casos de resolució del contracte per incompliment imputable a l'empresa adjudicatària, l'Ajuntament de Lluçmajor podrà sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats, amb la possibilitat d'instar la prohibició de contractar amb l'Administració, d'acord amb la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.

Lluçmajor, en data de la signatura electrònica.

EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ



Ajuntament
de **Lluçmajor**